

Cavo di collegamento PC per configurazione RS485/ USB

CP24

Introduzione

Il lavoro di configurazione risulta più semplice quando lo strumento da campo può collegarsi direttamente a un PC. CP24 fornisce l'interfaccia per l'impostazione dei parametri MODBUS e la configurazione di determinati strumenti di misura della radiazione senza aggiungere un convertitore separato.

Il cavo include un convertitore RS485/USB integrato, con un connettore M12 a 8 poli sul lato del sensore, della sonda o dello strumento e un connettore USB di tipo A sul lato PC. I nomi delle sorgenti si usano con il piranometro LPPYRA-LiteS, il pireliometro LPPYRHE16S e il pirgeometro LPPIRG01S.

Per l'assistenza, l'impostazione e la regolazione dei parametri, CP24 offre ai tecnici un percorso di collegamento chiaro tra strumenti basati su RS485 e una porta USB standard del PC.

Visualizza il prodotto sul nostro sito
www.senseca.com/it/prodotto/cp24-cavo-di-collegamento-pc-per-configurazione-rs485-usb